

Calotta per la testa - Lucerna

1 Nome prodotto:

Calotta per la testa "Lucerna"

2 Codice REF:

NO 950

3 Descrizione:

La calotta per la testa "Lucerna" è un Dispositivo Medico monouso utilizzato come sostegno per la testa del paziente durante un'operazione in posizionamento prono.

4 Materiale:

Poliuretano. Senza lattice.

5 Confezionamento:

Ogni pezzo è confezionato singolarmente in un apposito involucro plastico.

Ogni scatola contiene 10 pezzi (unità di vendita).

Il prodotto è fornito non sterile.

6 Fabbricazione e conformità:

Il Dispositivo Medico è marchiato CE ed è conforme ai requisiti espressi nell'allegato 1 della Direttiva Medical Devices;

Nizell Medical GmbH è certificata ISO 9001 e ISO 13485.

7 Classificazione

Il Dispositivo Medico è considerato di classe I.

8 Smaltimento:

Il Dispositivo Medico deve essere smaltito come rifiuto ospedaliero secondo le normative vigenti.



Coremec S.r.l. si riserva, in qualsiasi momento, di apportare modifiche o migliorie ai prodotti senza modificarne la sostanza. Coremec S.r.l. si riserva di intervenire in qualsiasi modo e in qualsiasi momento per l'uso improprio delle informazioni riportate.

COREMEC s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Direzione Commerciale
C.so Vittime del Lavoro, 9 - 10042 Nichelino (TO)
Tel. +39 011-35.89.481 r.a. - Fax +39-011-35.89.483

www.coremec.it

e-mail: coremec@coremec.it



COREMEC s.r.l.
Export Department
e-mail: export@coremec.it

Azienda con Sistema di Gestione Qualità Certificato UNI EN ISO 9001:2015

La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti
ST_950_Lucerna Edizione _r0_2018